


ОТНОСНО: Отговори на Въпроси с изх.№15 /24.04.2017Г. по тръжна процедура с №.9063416 за метрологична проверка на водомери и топломери с номинален диаметър от 15 мм до 250 мм.Веолия Енерджи Варна ЕАД, бул.Янош Хуняди №.5, гр.Варна;

Отговор на Въпрос No.1: В случай на липса на техническа възможност на проверка на топломери с DN 250 и 1000 м3, моля да изключите от ценовото предложение проверката на този топломер, като изрично запишете в каря на Вашата оферта,че този топломер не е включен при формирането на цените.

Отговор на Въпрос No.2: Относно изискванията за валиден лиценз за целия период на договора, моля да декларирате,че поемате задължението да осигурите необходимия лиценз за периода на договора.

Отговор на Въпрос No.3: Съгласно изискванията на Закона за измерването и методики за проверка се изисква проверките да се извършват съгласно утвърдена методика, с цел да не се нарушават нормативните изисквания.

Варна, 28.04.2017г.


.....
Иванка Борисова

Мениджър Покупки и Снабдяване

За дружествата на Веолия Енерджи България ЕАД